

Hankintayksikkö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Mukana olevat muut yhteisöt

Kuusamon kaupunki

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen ja sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä

Oulun kaupunki

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 67605 Potilasvalvontalaite (yhdistelmä)

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP)
Hankintapalvelut on kilpailuttanut Potilasvalvontalaitteet (yhdistelmä) sekä
laitteen tarvikkeet erä-laajuisesti.

Hankinnassa mukana olevat hankintarenkaan yksiköt:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

- Oulun yliopistollinen sairaala
- Oulaskankaan sairaala

Kuusamon kaupunki / Perusturvan toimiala

- Kuusamon terveyskeskus

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

- Ppky Kallio Ylivieskan terveyskeskus/keskusvarasto

OULU hankintayhteistyö:

- Oulu
- Kempele
- Liminka

Lapin sairaanhoitopiirin alue:

- Lapin keskussairaala
- Sairaala Lapponia
- Kittilän terveyskeskus
- Kolarin terveyskeskus
- Pellon terveyskeskus
- Sallan terveyskeskus
- Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
- Pelkosenniemen kunta, Palvelukoti Onnela

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue:

- Länsi-Pohjan keskussairaala
- Kemin terveyskeskus
- Simon terveyskeskus
- Tervolan terveyskeskus
- Tornion terveyskeskus

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hankintarenkaassa mukana 10.9.2020 saakka ja sen jälkeen vain niiltä osin, kuin tuotteet/palvelut/laitteet käytetään omaan tuotantoon (ml. julkiset terveyskeskukset, hoivakodit ja muut julkiset toimijat).

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

12.02.2020 klo 14:40

Määräaikaan 20.03.2020 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta

- Philips Oy
- OneMed Oy
- Pedihealth Oy
- GE Healthcare Finland Oy
- Mediq Suomi Oy

Päätös

Päätös tehty

17.06.2020

Päätös:

Potilasvalvontalaitteiden (yhdistelmä) sekä laitteiden tarvikkeiden sopimustoimittajiksi hankintakaudeksi 6.7.2020 - 19.4.2023, optio 20.4.2023 - 19.4.2024 valitaan alla olevat sopimustoimittajat ja sopimuslaitteet alla ilmoitetussa etusijajärjestyksessä:

1. Mediq Suomi Oy, Mindray VS900 (1.900,00 eur/kpl)
2. Onemed Oy, WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor (2.120,00 eur/kpl)

Etusijajärjestyttä noudatetaan, kun tilataan sopimuslaitteita käyttäjäyksiköihin hankintakauden aikana.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo hankintakaudella mukaan lukien optiokausi on 289.313,00 eur.

Hankintayksikkö päättää mahdollisesta option käyttämisestä hankintalain mukaisesti ja ilmoittaa päätöksestään sopimuskumppaneilleen.

Päätöksen perustelu:

Asiantuntijoina hankinnassa ovat toimineet apulaisosastonhoitaja Petteri Piispanen, huoltomestari Jukka Sassi ja hankinta-asiantuntija Riitta Sandgren.

Asiantuntijaryhmä on suorittanut tarjotuille potilasvalvontalaitteille (yhdistelmä) tarjouspyynnössä asetettujen pakottavien vaatimusten tarkastamisen tarjousasiakirjojen perusteella sekä myös koekäyttänyt ja vertailut tarjottuja potilasvalvontalaitteita tarjouspyynnön mukaisesti.

Ge Healthcare Finland Oy:n tarjoama potilasvalvontalaite (yhdistelmä) CARESCAPE VC150 Vital Signs Monitor hylättiin tarjousvertailusta tarjouspyynnön pakottavan vaatimuksen vastaisena. Hylkäyspäätös perusteluineen on lähetetty 20.5.2020 muutoksenhakuohjeineen Ge Healthcare Finland Oy:lle.

Tarjoukset on vertailtu tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

1. HINTA, maksimipisteet 70,00 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisesti vertailuhintana on käytetty KOHDERYHMÄSSÄ) Potilasvalvontalaite (yhdistelmä) pyydettyjen kohteiden volyympainotteista yhteenlaskettua kokonaishintaa. Kohteen volyympainotteinen hinta on muodostunut, kun tarjoajan ilmoittama yksikköhinta on kerrottu kohteessa ilmoitetulla arvioidulla kulutusmäärällä.

70,00 pistettä (270.700,00 eur), Mediq Suomi Oy
61,54 pistettä (307.926,00 eur), Onemed Oy
57,21 pistettä (331.200,00 eur), Pedihealth Oy
30,67 pistettä (617.852,40 eur), Philips Oy

2. TOIMINNALLISET OMINAISUUDET, maksimipisteet 30,00 pistettä

2.1 Laitteen käytettävyys hoitotyössä asiantuntijoiden arvioimana, maksimipisteet 20,00 pistettä

Onemed Oy:n tarjoama WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor laite ja Mediq Suomi Oy:n tarjoama Mindray VS900 laite todettiin käytettävyydeltään erinomaisen loogiseksi, helpoksi omaksua ja näppäräksi käyttää perustoimintojen osalta hoitotyössä.

Philips Oy:n tarjoama IntelliVue laite todettiin käytettävyydeltään riittävän selkeäksi, mutta perustoiminnot työläämmiksi hoitotyössä kuin Onemed Oy:n tarjoamassa WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor laitteessa ja Mediq Suomi Oy:n tarjoamassa Mindray VS900 laitteessa.

Pedihealth Oy:n tarjoaman EDAN iM3 Vital Signs Monitor laitteen käytettävyys koettiin vaikeaselkoiseksi sekä laitteen valikko heikoiten käyttäjää ohjaavaksi ja näin ollen vertailtavista laitteista käytettävyydeltään heikoimmaksi perustoimintojen osalta hoitotyössä. Laitteessa korvakuumemittarisuppilon pidike oli myös erillään laitteesta (ei kiinni), mikä aiheuttaa kiireisessä hoitotyössä ongelmia. EDAN iM3 Vital Signs Monitor laitteen näytön katselukulma koettiin myös heikoimmaksi verrattuna muihin vertailtavisiin

laitteisiin.

20,00 pistettä WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor (Onemed Oy)

20,00 pistettä Mindray VS900 (Mediq Suomi Oy)

19,00 pistettä IntelliVue (Philips Oy)

17,00 pistettä EDAN iM3 Vital Signs Monitor (Pedihealth Oy)

2.2 Laitteen liikuteltavuus, maksimipisteet 5,00 pistettä

Onemed Oy:n tarjoamassa WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor laitteessa sekä Pedihealth Oy:n tarjoamassa EDAN iM3 Vital Signs Monitor laitteessa korvakuumemittari on langaton, mikä antaa mahdollisuuden vapaammin hoitohenkilökunnan toimia potilaan hoitotoimenpiteessä.

Mediq Suomi Oy:n tarjoamassa Mindray VS900 laitteessa ja Philips Oy:n tarjoamassa IntelliVue laitteessa korvakuumemittari on langallinen, jolloin hoitohenkilökunnan tulee huolehtia siitä, että laite on tarpeeksi lähellä potilasta, mikä aiheuttaa rajoittuneisuutta potilaan hoitotoimenpiteessä.

5,00 pistettä WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor (Onemed Oy)

5,00 pistettä EDAN iM3 Vital Signs Monitor (Pedihealth Oy)

4,00 pistettä Mindray VS900 (Mediq Suomi Oy)

4,00 pistettä IntelliVue (Philips Oy)

2.3 Laitteen puhdistettavuus, maksimipisteet 5,00 pistettä

Mediq Suomi Oy:n tarjoamassa Mindray VS900 laitteessa ja Philips Oy:n tarjoamassa IntelliVue laitteessa on langallinen korvakuumemittari. Langallisen korvakuumemittarin puhdistettavuus on työläämpää korvakuumemittarin langallisen kaapelin osalta kuin Onemed Oy:n tarjoaman WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor laitteen ja Pedihealth Oy:n tarjoaman EDAN iM3 Vital Signs Monitor laitteen, joissa korvakuumemittari on langaton.

5,00 pistettä WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor (Onemed Oy)

5,00 pistettä EDAN iM3 Vital Signs Monitor (Pedihealth Oy)

4,00 pistettä Mindray VS900 (Mediq Suomi Oy)

4,00 pistettä IntelliVue (Philips Oy)

KOHDERYHMÄN) Potilasvalvontalaite (yhdistelmä) KOKONAISPISTEET:

98,00 pistettä Mindray VS900 (Mediq Suomi Oy)

91,54 pistettä WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor (Onemed Oy)

84,21 pistettä EDAN iM3 Vital Signs Monitor (Pedihealth Oy)

57,67 pistettä IntelliVue (Philips Oy)

Tarjouspyynnön mukaisesti valitaan kaksi (2) eniten kokonaispisteitä saanutta laitekokonaisuutta, Mediq Suomi Oy:n tarjoama Mindray VS900 ja Onemed Oy:n tarjoama WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor.

Valittu toimittaja/toimittajat:

1. Mediq Suomi Oy, Mindray VS900
2. Onemed Oy, WELCH ALLYN ConnexSpotMonitor

Nähtävänäpito:

Hankintapäätös julkaistaan hankintakalenterissa.

Hankintasopimus

Hankintayksikkö tekee hankintaa koskevan kirjallisen hankintasopimuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuohjeet tiedoksi. Hankintasopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Allekirjoitus

Päivi Kurjenniemi
vs. hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Riitta Sandgren, +358 83154374